



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭЛЕКТРОПРИБОР

проспект И.Я. Яковлева, дом.3, город Чебоксары,
Тел.: (8352) 39-99-18, 39-99-12

E-mail: marketing@elpribor.ru, www.elpribor.ru

ОКПО 05763903, ОГРН 1022101131524
ИНН 2128002051, КПП 213001001



Автоматическое продление сроков действия сертификатов об утверждении типа средств измерений

Уважаемые коллеги!

Уведомляем Вас, что в соответствии с **Приказом Росстандарта №591 от 20 марта 2023г.** были автоматически продлены сертификаты об утверждении типа средств измерений, сроки действия которых истекают в период с 18 марта 2023г. по 31 декабря 2023г.

На следующие типы приборов, выпускаемые ОАО «Электроприбор», применено автоматическое продление сроков действия сертификатов:

- 1) **Измерители коэффициента мощности Ц42305** (№ 26297-04 в Госреестре СИ РФ, срок действия продлен до 12 октября 2024 г.); *ссылка на ФГИС «Аршин» - <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/332361>;*
- 2) **Ваттметры Ц42303/1** (№ 26296-04 в Госреестре СИ РФ, срок действия продлен до 12 октября 2024 г.); *ссылка на ФГИС «Аршин» - <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/332360>;*
- 3) **Трансформаторы тока ТОП 0,66** (№ 40110-18 в Госреестре СИ РФ, срок действия продлен до 03 декабря 2024 г.); *ссылка на ФГИС «Аршин» - <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/530455>.*

С приказом Росстандарта Вы можете подробнее ознакомиться на сайте агентства [по данной ссылке](#).

Сертификат об утверждении типа СИ РФ приведен ниже.

Срок действия до 12 октября 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **12 октября 2018 г. № 2142**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулепов



..... 2018 г.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.34.004.A № 16792

Срок действия до 05 декабря 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Измерители коэффициента мощности Ц42305

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО "Электроприбор", г. Чебоксары

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 26297-04

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МИ 2009-89

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года при 8-часовой, 1 год при 16-часовой,
6 месяцев при 24-часовой среднесуточной наработке

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 05 декабря 2013 г. № 1403

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

"16" 12 2013 г.

Серия СИ

№ 012919