



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**ЭЛЕКТРОПРИБОР**

проспект И.Я. Яковлева, дом.3, город Чебоксары,  
Тел.: (8352) 39-99-18, 39-99-12

E-mail: [marketing@elpribor.ru](mailto:marketing@elpribor.ru), [www.elpribor.ru](http://www.elpribor.ru)

ОКПО 05763903, ОГРН 1022101131524  
ИНН 2128002051, КПП 213001001



## *Автоматическое продление сроков действия сертификатов об утверждении типа средств измерений*

### **Уважаемые коллеги!**

Уведомляем Вас, что в соответствии с **Приказом Росстандарта №591 от 20 марта 2023г.** были автоматически продлены сертификаты об утверждении типа средств измерений, сроки действия которых истекают в период с 18 марта 2023г. по 31 декабря 2023г.

На следующие типы приборов, выпускаемые ОАО «Электроприбор», применено автоматическое продление сроков действия сертификатов:

- 1) **Измерители коэффициента мощности Ц42305** (№ 26297-04 в Госреестре СИ РФ, срок действия продлен до 12 октября 2024 г.); *ссылка на ФГИС «Аршин» - <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/332361>;*
- 2) **Ваттметры Ц42303/1** (№ 26296-04 в Госреестре СИ РФ, срок действия продлен до 12 октября 2024 г.); *ссылка на ФГИС «Аршин» - <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/332360>;*
- 3) **Трансформаторы тока ТОП 0,66** (№ 40110-18 в Госреестре СИ РФ, срок действия продлен до 03 декабря 2024 г.); *ссылка на ФГИС «Аршин» - <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/530455>.*

С приказом Росстандарта Вы можете подробнее ознакомиться на сайте агентства [по данной ссылке](#).

Сертификат об утверждении типа СИ РФ приведен ниже.



Срок действия до 12 октября 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 октября 2018 г. № 2142

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

А.В.Кулешов



10

2018 г.





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**RU.C.34.004.A № 16791**

**Срок действия до 05 декабря 2018 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
**Ваттметры Ц42303/1**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
**ОАО "Электроприбор", г. Чебоксары**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **26296-04**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
**ГОСТ 8.497-83**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **2 года при 8-часовой, 1 год при 16-часовой,  
6 месяцев при 24-часовой среднесуточной нагрузке**

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **05 декабря 2013 г. № 1403**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

Ф.В.Бульгин



Серия СИ

№ **012918**