

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений  
№ 26296-04

Срок действия утверждения типа до 12 октября 2029 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Ваттметры Ц42303/1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Открытое акционерное общество «Электроприбор» (ОАО «Электроприбор»),  
г. Чебоксары

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
ГОСТ 8.497-83

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года при 8 час., 1 год при 16 час.,  
6 мес. при 24 час. работе

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июля 2024 г. N 1714.

Заместитель Руководителя



А.М.Кузьмин

«24» июля 2024 г.