



ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ И КОММЕРЦИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СЕРТИФИКАТ

о признании утверждения типа средств измерений

№ 3481

Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
Ц42, Э42

обозначение типа

микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и вольтметры щитовые

наименование средств измерений

производимых

ОАО «Электроприбор»

наименование производителя

г. Чебоксары, Россия

территориальное место расположения производства

внесен в Государственный реестр средств измерений под № KG417/01.12.3481-
22 и допущен к применению в Кыргызской Республике на основании признания
результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

наименование национального органа

Российской Федерации

по метрологии страны экспортера

Сроки проведения поверки — один раз в 2 года

интервал в годах или месяцах

Данный сертификат распространяется на средства измерений, произведенные
до конца срока действия (до 04.12.2027 г.) признаваемого свидетельства
(сертификата) об утверждении типа средств измерений.

Директор

М.П.



Б.А. Нурматов

«08».....08.....2022 г.